



**FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO**

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

usaCoeficienteLote: Não Processo: 36/2023 Licitação: 36/2023

---

**Relatório de Vencedores do Pregão Presencial - 36 / 2023**



# FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO

Pág 2 / 7

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

usaCoeficienteLote: Não Processo: 36/2023 Licitação: 36/2023

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
1	DESFIBRILADOR BIFÁSICO, DEA, MARCAPASSO E MONITOR DE SINAIS VITAIS COM TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 6,5" E RESOLUÇÃO DE 800 X 600 PIXELS, PODENDO SER OPERADO POR TECLAS E BOTÃO ROTACIONAL. MODO DE DESFIBRILAÇÃO: DESFIBRILAÇÃO MANUAL, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA E DEA; SELEÇÃO DE ENERGIA DE ATÉ 200J OU MAIS. VARIAÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE: DESFIBRILAÇÃO EXTERNA: 20 - 200. UTILIZANDO AS PÁS EXTERNAS PARA DESFIBRILAÇÃO MANUAL E SINCRONIZADA, E O ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILAÇÃO MANUAL, SINCRONIZADA E DEA. PÁS EXTERNAS COM COMANDOS DE SELEÇÃO DE CARGA / ENERGIA, CARGA E DESCARGA. POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS DEA: CHOQUE EM SÉRIE: ENERGIA	COMEN	UNID	METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		0.0000	1	52.640,00	52.640,00	Lance



# FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

usaCoeficienteLote: Não Processo: 36/2023 Licitação: 36/2023

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	DO CHOQUE: 120 - 200J OU SUPERIOR PARA ADULTO, CONFIGURÁVEL. UTILIZANDO O ELETRODO MULTIFUNÇÃO. ESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA DO MARCAPASSO: MODO DE ESTIMULAÇÃO: ESTIMULAÇÃO FIXA E ESTIMULAÇÃO POR DEMANDA; FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO: 40BPM - 165BPM COM PRECISÃO DE ±3%. UTILIZANDO O ELETRODO MULTIFUNÇÃO. SAÍDA ÚNICA PARA TERAPIA ELÉTRICA DE DEFIBRILAÇÃO MANUAL, DEFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA, MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO E DEA. MONITORAMENTO INTEGRADO DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP, PNI (NIBP), SPO2 COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO FUTURA PARA CAPNOGRAFIA (ETCO2) MAINSTREAM E/ OU SIDESTREAM, OXIMETRIA MASIMO OU NELLCOR. O									



# FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO

Pág 4 / 7

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

usaCoeficienteLote: Não Processo: 36/2023 Licitação: 36/2023

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	EQUIPAMENTO DEVE TER: ECG DE 7 DERIVAÇÕES; DETECÇÃO DE QRS. FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 A 300 BPM, EXATIDÃO DE: +/- 1%, PROTEÇÃO PARA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E R.F, PODE FUNCIONAR COM CABO DE ECG DE 3 E/OU 5 VIAS. RESPIRAÇÃO - INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES ADULTOS DE 4 A 120 (RPM), INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES PEDIÁTRICOS DE 4 A 150 (RPM). OXIMETRIA DE PULSO (SPO2): INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO. FAIXA DE SATURAÇÃO DE 1 A 100%, RESOLUÇÃO DE ATÉ 2%. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) - INDICAÇÃO NUMÉRICA DAS PRESSÕES SISTÓLICAS, MÉDIA E DIASTÓLICA, INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES ADULTOS MÉDIA DE 20 A 230									



# FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO

Pág 5 / 7

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

usaCoeficienteLote: Não Processo: 36/2023 Licitação: 36/2023

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	MMHG, INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES PEDIÁTRICOS MÉDIA DE 20 A 165 MMHG, INTERVALO DE MEDIÇÃO PACIENTES NEONATOS MÉDIA DE 20 A 110 MMHG, ERRO MÉDIO MÁXIMO DE +/- 5 MMHG. MEDIÇÃO AUTOMÁTICA COM PROGRAMAÇÃO DE INTERVALO DE 01 A 180 MINUTOS E MEDIÇÃO MANUAL POR TECLA DEDICADA. O MONITOR DEVE TER SISTEMA DE EXCESSO DE PRESSÃO PARA OS TRÊS TIPOS DE PACIENTES SOLICITADOS. TABELA DE TENDÊNCIA (MÍNIMO): 100 HORAS, EVENTO (MÍNIMO): 150. IMPRESSORA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM LARGURA DO PAPEL MÍNIMO: 80 MM; GRAU DE PROTEÇÃO (ÁGUA E OBJETOS) MÍNIMO: IP22; BATERIA: DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 HORAS DE MONITORAÇÃO, OU BATERIA DE ALTA CAPACIDADE QUE POSSA									



# FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO

Pág 6 / 7

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

usaCoeficienteLote: Não Processo: 36/2023 Licitação: 36/2023

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	SUPORTAR MÍNIMO CARGAS DE 200J. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (BIVOLT) AUTOMÁTICA: CA 110 - 240 V / 50 - 60HZ; NORMAS DE SEGURANÇA ATENDIDAS: IEC 60601-1, IEC 60601-1-8, IEC 60601- 2-4, IEC 60601-27, IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, IEC 60601-2-56, IEC 60601-2-6; ACOMPANHAM CADA DEFIBRILADOR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: UM (01) CABO DE ECG 3 OU 5 VIAS, A PROVA DE ANTIFIBRILAÇÃO, PADRÃO AMERICANO; UM (01) CABO DE EXTENSÃO DE DEFIBRILAÇÃO; UM (01) FIO DE EXTENSÃO DO ELETRODO (PARA TESTE DE ESTRESSE); UM (01) PAR DE PÁS ADESIVAS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL PARA ADULTO UM (01) MANGUEIRA PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PARA CONEXÃO ENTRE O MONITOR E O MANGUITO); UM									



# FUNDO MUN.DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

usaCoeficienteLote: Não Processo: 36/2023 Licitação: 36/2023

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
(01)	MANGUITO PARA USO EM PACIENTE ADULTO (23 - 35 CM); UM									
(01)	SENSOR SPO2 REUTILIZÁVEL TIPO CLIP - ADULTO / PEDIÁTRICO; UM									
(01)	ROLO DE PAPEL TÉRMICO NO MINIMO. UM									
(01)	CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA (TIPO 2P +T) PADRÃO ABNT; UM (01)									
	MANUAL DO USUÁRIO (OPERAÇÃO) EM LÍNGUA PORTUGUESA.									

**Total Geral:** 52.640,00

## Itens fracassados

Item	Lote/Produto	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima
------	--------------	---------	------------	----------------

Não constam itens fracassados.

## Resumo dos Fornecedores

Fornecedor	Itens Vencedores	Valor Total
8338 - METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1	52.640,00